

質 疑 回 答 書

新潟市病院事業管理者 大谷 哲也

件名 新潟市民病院医用画像管理システム等更新業務

項番	質疑事項	回答
1	<p>入札に参加をしたいのですが、参加資格要件部分に「医用画像管理システム等パッケージシステムを開発・販売している事業者であること。」とあります。当社は販売をしている業者（医療機器販売業を持っております）ですが、システム開発を行っている事業者ではありません。</p> <p>開発・販売とありますが、「・」の条件としては「または」の意味なのか、「及び」の意味なのかご教示ください。他の導入実績等の参加要件については満たしており、唯一（2）のみが引っかかっております。</p> <p>本条件が入りますと、メーカーのみの入札を指定することとなり、「開発・販売」を「開発または販売」と変更いただけませんか。</p>	<p>「開発または販売」の解釈で結構です。</p>
2	<p>「2025年7月に確実に本稼働を迎えられるシステムであること」と記載されておりますが、基本仕様書9ページ(図表1 医療情報システム更新スケジュール(予定))では「2025年11月稼働」と記載がございます。どちらのスケジュールが正しいでしょうか。</p>	<p>医用画像管理システム等更新業務基本仕様書の「2025年11月稼働」が正となります。</p>

項番	質疑事項	回答
3	<p>医用画像管理システム等更新業務基本仕様書 P9 の図表 1 では次期システム稼働が 2025. 11 との記載だが、要件定義書件回答書の 1-1-0-10 では 2025 年 7 月に確実に本稼働を迎えられるシステムであることの記載があるが、どちらの時期を稼働時期として設定しているのでしょうか。</p>	<p>項番 2 に同じ。</p>
4	<p>医用画像管理システム等更新業務基本仕様書 P11 (4) データ移行②では次期医用画像管理システム等の稼働までに、概ね直近 5 年分のデータ移行すること。との記載に対し要件定義書兼回答書の 1-1-0-12 では 1. 1. 0. 10 に記載の本稼働迄に、移行作業が確実に完了すること。との記載です。全データの移行完了が稼働までに全期間なのか直近 5 年分なのかどちらになりますでしょうか。</p>	<p>医用画像管理システム等更新業務基本仕様書の「概ね直近 5 年分のデータ移行」が正となります。</p>
5	<p>要件定義書兼回答書 1-6-4-7 の「病理、手術結果」に関する下記質問についてご回答お願ひできますでしょうか。</p> <p>(i) 「病理結果」は病理システムから出力される認識でよろしいでしょうか。異なる場合はどのようなシステムから出力され、かつどのような内容が記載されるレポートかご回答お願ひします。</p> <p>(ii) 「手術結果」はどのようなシステムから出力され、かつどのような内容が記載されているレポートかご回答ください。また、手術オーダーと紐づいているかどうかご回答お願ひします。</p> <p>(iii) 「該当するレポートから病理、手術結果の参照ができること。」とは、弊社システムから病理、手術結果を直接起動して参照できるという認識でよろしいでしょうか。異なる場合はどのような挙動を示しているかご回答をお願ひします。</p>	<p>(i) 左記ご認識の通りです。</p> <p>(ii) 手術オーダーと紐づいた、重症系システム (OR) で作成した手術レポートです。</p> <p>(iii) 左記ご認識の通りです。</p>
6	<p>要件定義書兼回答書 2-1-0-16 の電子カルテシングルサインオンについて質問となります。電子カルテ側の仕様として URL 連携でなく exe を引数付けにて起動することは可能でしょうか。</p>	<p>電子カルテからの exe 起動は可能です。なお、起動連携の他、カルテ画面を閉じた際に併せて PACS 画面が終了するなどの連携も必要である旨、ご認識ください。</p>

項番	質疑事項	回答
7	<p>今回のプロポーザルに関する提出書類についてご教示ください。新潟市には入札資格登録を希望する事業として、〇〇社△△支社、支社長名にて登録しております。代表者名になりますと本社の社長となりますが、今回及び今後の提出書類の代表者氏名は〇〇社△△支社、支社長名でよろしいでしょうか。</p>	<p>左記の通りで結構です。</p>